



ЗАТВЕРДЖЕНО
Медичний директор
КНТ «ДОКЦДЛ «ДОР»

Сергій МАКСИМЕНКО

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості витратних матеріалів (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Інформація про замовника торгів: Комунальне некомерційне товариство «Дніпропетровський обласний клінічний центр діагностики та лікування» Дніпропетровської обласної ради».

Місцезнаходження: вул. Князя Володимира Великого, буд. 28, м. Дніпро, 49000, Україна.

Інформація про предмет закупівлі:

- Дренаж типу Блейка Ethicon або Biometrix розміром 15Fr
(НК 024:2023: 11305 - Дренажна трубка для закритої рани/ НК 031:2024: A060201 - КАТЕТЕРИ І НАБОРИ ДЛЯ ЗОВНІШНЬОГО ДРЕНУВАННЯ (АБСЦЕСИ, ЖОВЧНІ КАМЕНІ, КІСТИ);

- Дренаж типу Блейка Ethicon або Biometrix розміром 19Fr
(НК 024:2023: 11305 - Дренажна трубка для закритої рани/ НК 031:2024: A060201 - КАТЕТЕРИ І НАБОРИ ДЛЯ ЗОВНІШНЬОГО ДРЕНУВАННЯ (АБСЦЕСИ, ЖОВЧНІ КАМЕНІ, КІСТИ) за кодом ДК 021:2015: 33140000-3 - Медичні матеріали (код номенклатурної позиції 33141600-6 Контейнери та пакети для забору матеріалу для аналізів, дренажі та комплекти).

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Запит ціни пропозиції ID: UA-2026-04-14-004293-а

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 210 500 грн з ПДВ. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося із застосуванням проведення моніторингу цін, шляхом здійснення пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформації про ціни, що містяться у відкритому доступі в спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо).

Розмір бюджетного призначення: 210 500 грн з ПДВ.

Джерело фінансування – кошти обласного бюджету.

Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі зазначена на підставі розрахунку до кошторису:

Дренаж Блэйка, без адаптером Жане, Fr 15, стерильний, рентгеноконтрасна смужка вздовж усїєї трубки, без кольорового кодування, 1200мм – 100 шт;

Дренаж Блэйка, без адаптера Жане, Розмір дренажа, Fr: 19 null, Кольорове кодування, Довжина трубки, мм: 1200 Міліметр – 50 шт.