


ЗАТВЕРДЖЕНО
Медичний директор
КНТ «ДОКЦДЛ «ДОР»



Сергій МАКСИМЕНКО

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості витратних матеріалів (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Інформація про замовника торгів: Комунальне некомерційне товариство «Дніпропетровський обласний клінічний центр діагностики та лікування» Дніпропетровської обласної ради».

Місцезнаходження: вул. Князя Володимира Великого, буд. 28, м. Дніпро, 49000, Україна.

Інформація про предмет закупівлі: Ендоваскулярна система з петлями, типу EnSnare за кодом ДК 021:2015 33140000-3 Медичні матеріали.

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Запит ціни пропозиції ID: UA-2026-06-26-002783-a

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 39 300 грн з ПДВ. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося із застосуванням проведення моніторингу цін, шляхом здійснення пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформації про ціни, що містяться у відкритому доступі в спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо).

Розмір бюджетного призначення: 39 300 грн з ПДВ.

Джерело фінансування – кошти обласного бюджету.

Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі зазначена на підставі розрахунку до кошторису:

№ з/п	Найменування предмету закупівлі**	Технічні вимоги	Одиниця виміру**	Кількість**
1	Ендоваскулярна система з петлями, типу EnSnare	Призначення: Система призначена для маніпуляції та вилучення чужорідних предметів всередині просвіту судини Тип: з трьома петлями Матеріал: Петлі – нітинол; Доставляючий катетер – фторований етилен-пропілен (FEP) з рентген контрастними мітками Діаметр петель: від 2 мм до 45 мм Довжина пастки: від 120 см до 175 см Довжина доставляючого катетера: від 100 см до 150 см Діаметр доставляючого катетера: від 3.2 до 7 Fr(F)	шт	1