

ЗАТВЕРДЖЕНО
Генеральний директор
КНТ «ДОКЦІДЛ «ДОР»
Олена ЛУТОВА



ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості витратних матеріалів *(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))*

Інформація про замовника торгів: Комунальне некомерційне товариство «Дніпропетровський обласний клінічний центр діагностики та лікування» Дніпропетровської обласної ради».

Місцезнаходження: вул. Князя Володимира Великого, буд. 28, м. Дніпро, 49000, Україна.

Інформація про предмет закупівлі: Оксигенатор з магістралями для дорослих за кодом ДК 021:2015: 33180000-5 - Апаратура для підтримання фізіологічних функцій організму (код номенклатурної позиції 33182000-9 - Апарати для підтримання серцевої функції).

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями ID: UA-2025-10-27-010017-a

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 612 700 грн з ПДВ. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося із застосуванням проведення моніторингу цін, шляхом здійснення пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформації про ціни, що містяться у відкритому доступі в спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо).

Розмір бюджетного призначення: 612 700 грн з ПДВ.

Джерелo фінансування – кошти обласного бюджету.

Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі зазначена на підставі розрахунку до кошторису:

- Оксигенатори мембранні з теплообмінником, комплектом магістралей та артеріальним фільтром, а також мають бути укомплектовані венозно-кардіотомічним резервуаром. Стінки оксигенатору з біосумісним гепариновим покриттям. Статичний об'єм заповнення модулю оксигенатора не менше 280 мл. Площа поверхні мембрани оксигенатора не менше 2,5 м². Первинний об'єм заповнення оксигенатору не менше 275 мл. Мінімальний безпечний рівень крові в венозному кардіотомічному резервуарі не більше 200 мл. Кардіотомічний резервуар з фільтр з розміром пор не більше 35 мкм. Артеріальний фільтр з об'ємом заповнення не більше 170 мл та діаметром пор не менше 35 мкм. Комплект магістралей повинен включати лінію насосу з силіконовим сегментом, лінію артеріального фільтру, лінію рециркуляції та 3 кардіотомічних відсмоктувача в кількості 22 комплекти.