

ЗАТВЕРДЖЕНО

Генеральний директор
КП «ДОКЦДЛ «ДОР»



Лугова
Олена ЛУГОВА

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості витратних матеріалів *(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))*

Інформація про замовника торгів: Комунальне підприємство «Дніпропетровський обласний клінічний центр діагностики та лікування» Дніпропетровської обласної ради»;
Місцезнаходження: вул. Князя Володимира Великого, буд. 28, м. Дніпро, 49000, Україна;

Інформація про предмет закупівлі: Контур дихальний для анестезії, для дорослих, одноразовий, не стерильний, трубка гладкостовбурна, без резервного мішка, прямий з'єднувач, Ø під'єднання до пацієнта 22М/15F, Ø під'єднання до апарату 22F, з вологозбірником та провід обігріву; Контур дихальний для анестезії, неонатальний, 1.6 м, одноразовий, не стерильний, діаметр зовнішній Ø 10 мм 22F/22М/15, з'єднувач прямий, трубка гофрована

за кодом ДК 021:2015 33170000-2 Обладнання для анестезії та реанімації

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Запит ціни пропозиції ID: UA-2025-05-27-007472-а

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 164 000 грн з ПДВ. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося із застосуванням проведення моніторингу цін, шляхом здійснення пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо);

Розмір бюджетного призначення: 164 000 грн з ПДВ

Джерело фінансування – кошти обласного бюджету.

Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі зазначена на підставі заявок від завідувача відділення

- Контур дихальний дорослий зі спіраллю підігрівача та банкою зволожувача для Fisher одноразовий, не стерильний, трубка гладкостовбурна, без резервного мішка, прямий з'єднувач, Ø під'єднання до пацієнта 22М/15F, Ø під'єднання до апарату 22F в кількості 30 шт;

- Контур дихальний для анестезії, неонатальний, 1.6 м, одноразовий, не стерильний, діаметр зовнішній Ø 10 мм 22F/22М/15, з'єднувач прямий, трубка гофрована в кількості 100 шт.