

ЗАТВЕРДЖЕНО

Генеральний директора
КІП «ДОКЦДЛ «ДОР»

Олена ЛУГОВА

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості витратних матеріалів (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Інформація про замовника торгів: Комунальне підприємство «Дніпропетровський обласний клінічний центр діагностики та лікування» Дніпропетровської обласної ради;
Місцезнаходження: вул. Князя Володимира Великого, буд. 28, м. Дніпро, 49000, Україна;

Інформація про предмет закупівлі: Коронарний балон-катетер: постдиляційний; Коронарний балон-катетер: предиліаційний; Балон-катетер для ангіопластики; Провідник коронарний стандартний гідрофільне покриття; Медичні вироби для коронарографії судин: комплект для коронарографії для трансрадіального доступу; Направляючий катетер, для феморального та трансрадіального доступу за кодом ДК 021:2015 33140000-3 "Медичні матеріали"

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Запит ціни пропозиції ID: UA-2025-04-18-006636-а

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 19 739 310 грн з ПДВ. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося із застосуванням проведення моніторингу цін, шляхом здійснення пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо);

Розмір бюджетного призначення: 19 739 310 грн з ПДВ
Джерело фінансування – кошти обласного бюджету.

Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі зазначена на підставі заявки від завідувача відділенням інтервенційної радіології

1. Балон катетер коронарний для постдилятації призначений для балонної дилатації ділянки стенозу коронарної артерії - кількість 150 шт., розмір:

3,0x15 – 30 шт.,

3,5x15 – 30 шт.,

4,0x12 – 30 шт.,

4,0x20 – 30 шт.,

4,5x15 – 30 шт.

2. Балон катетер коронарний для предиліації призначений для балонної дилатації ділянки стенозу коронарної артерії - кількість 203 шт., розмір:

2,0x15 – 50 шт.,

2,5x15 – 50 шт.,

3,5x15 – 50 шт.,

4,0x15 – 53 шт.

3. Балон-катетер для ангіопластики 1,5 призначений для предиліації хронічних оклюзій - кількість 200 шт.

1,5x10 - 100 шт.,

1,5x20- 150 шт.,

4. Балон-катетер для ангиопластики 1,25 призначений для предилітації хронічних оклюзій - кількість 200 шт.

1,25x10 - 75 шт.,

1,25x20 - 75 шт.

5. Провідник коронарний стандартний гідрофільне покриття - кількість 500 шт:

Ступінь навантаження на кінчик 2.5 - 250 шт.,

Ступінь навантаження на кінчик 2.9 - 250 шт.

6. Комплект для коронарографії трансрадіального доступу з гідрофільним провідником- кількість 1085 шт.

7. Направляючий катетер: Провідниковий катетер (правосторонній) призначений для забезпечення шляху введення терапевтичних приладів - кількість 250 шт., розмір:

6F - 150 шт.,

7F - 100 шт.

8. Направляючий катетер: Провідниковий катетер (лівосторонній) призначений для забезпечення шляху введення терапевтичних приладів - кількість 250 шт, розмір:

6F - 100 шт.,

7F - 150 шт.