

ЗАТВЕРДЖЕНО

Генеральний директор
КП «ДОКЦДЛ «ДОР»



Олена ЛУГОВА

13.05.2024 р.

ОБҐРУНТУВАННЯ

закупівлі на підставі службової записки від завідувача відділення АІТ (яка додається) технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

ДК 021:2015: 33140000-3-Медичні матеріали Набір аутотрансфузійний (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Інформація про замовника торгів: Комунальне підприємство «Дніпропетровський обласний клінічний центр діагностики та лікування» Дніпропетровської обласної ради»;
Місцезнаходження: вул. Князя Володимира Великого, буд. 28, м. Дніпро, 49000, Україна;

Інформація про предмет закупівлі ДК 021:2015 33140000-3 "Медичні матеріали" Набір аутотрансфузійний

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги особливостями UA-2024-05-13-008718-а.

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 100 000,00 грн з ПДВ. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося із застосуванням проведення моніторингу цін, шляхом здійснення пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо);

Розмір бюджетного призначення: 100 000,00 грн з ПДВ.
Джерело фінансування – кошти обласного бюджету.

Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Набір аутотрансфузійний Cell Saver LivaNova система для аутотрансфузії, з резервуаром на 175 мл - 8 шт, або еквівалент;

Спеціальні вимоги:

1. Наявність резервуару.
2. Наявність мішка для концентрованої еритроцитарної маси.
3. Наявність мішка для відходів.
4. Наявність дзвона стандартного розміру виробника не більше 225 мл.
5. Наявність стерильної головної лінії від резервуару до дзвону.
6. Наявність стерильної лінії для подачі еритроцитів в мішок для концентрованої еритроцитарної маси.
7. Наявність стерильної лінії відмивки від розчину для відмивання до дзвону.
8. Наявність лінії з'єднання резервуару з вакуумним насосом.

Генеральному директору
КП «ДОКЦДЛ»ДОР»
Олені ЛУГОВІЙ
Зав.відділенням АІТ
В.О.Піонтковського

Службова записка

У зв'язку з нагальною потребою у витратних матеріалах, а саме наборі аутотрансфузійному прошу терміново здійснити закупівлю Cell Saver LivaNova система для аутотрансфузії, з резервуаром на 175 мл з наступними вимогами:

1. Наявність резервуару.
2. Наявність мішка для концентрованої еритроцитарної маси.
3. Наявність мішка для відходів.
4. Наявність дзвона стандартного розміру виробника не більше 225 мл.
5. Наявність стерильної головної лінії від резервуару до дзвону.
6. Наявність стерильної лінії для подачі еритроцитів в мішок для концентрованої еритроцитарної маси.
7. Наявність стерильної лінії відмивки від розчину для відмивання до дзвону.
8. Наявність лінії з'єднання резервуару з вакуумним насосом.

Зав.відділенням АІТ

В.О. Піонтковський

13.05.2024 р.